


改正番号 REV No	年月日 DATE	内 容 REMARKS	承認 A.M.	担当 BY
△				
△				
△				



ヘリウムガスリーク試験
1x10⁻⁹ Torr-ℓ/sec 以下

4					
3					
2	チューブ	SUS304	1		CLT
1	KFフランジ	SUS304	2		KF(NW)
品番	部品名称	材質	個数	重量	摘要

呼称径	別表(A)	納入先
全長	別表(L) mm	
数量	別表(Q)	
流体	-	
設計温度	40 ℃	
設計圧力	0.1 MPa	
使用温度	- ℃	
使用圧力	- MPa	
試験圧	水圧	- MPa
	気密	別記
許容曲げ半径	- mm	
軸直角方向変位量	- mm	
軸方向伸縮量	- mm	
仕上塗装	-	
総重量	- kg	

名称	NK-2300KF フレキシブルメタルホース				
作成年月日	尺度	検図	設計	製図	
2011.03.01	N-T-S	MAEDA	TACHIKIRI	HAYASHI	
 南国フレキ工業株式会社 NANGOKU FLEXIBLE HOSE INDUSTRY CO.,LTD. OSAKA JAPAN TEL 072(874)0777 (Rep) FAX No 072(874)0786					
図面番号	NK-2300KF/SUS304				REV △

呼称径		フランジ		チューブ			全長	数量
A	B	型式	D	ID	OD	BT	L	Q
15	1/2	KF(NW)10	30	12.5	16.5	0.15		
20	3/4	KF(NW)16	30	21.5	29.0	0.20		
25	1	KF(NW)25	40	26.5	36.0	0.20		
40	1-1/2	KF(NW)40	55	41.5	54.0	0.25		
50	2	KF(NW)50	75	50.5	65.0	0.25		